

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
ul. Ułańska 28
99-400 Łowicz

Znak sprawy: ADT.26.24.2024

Łowicz, dnia 22.10.2024r.

dotyczy zapytania ofertowego na dostawy wyrobów medycznych

Pytania i wyjaśnienia

Poniżej przedstawiamy Państwu pytania w sprawie wyjaśnienia zapisów w dokumentacji zapytania ofertowego, które wpłynęły do Zamawiającego od biorących udział w zapytaniu.

Bezpośrednio pod każdym pytaniem zamieszczamy odpowiedzi, które wyjaśniają poruszony problem.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2, pozycji 3d strzykawkę w opakowaniu handlowym a'100 szt. zgodnie z przeliczeniem ilości? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 2, poz. 3 d strzykawkę 20 ml w opakowaniu handlowym a'100 szt. zgodnie z przeliczeniem ilości (zaokrąglając w górę). Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2, pozycji 12 strzykawkę ENFIT w opakowaniu handlowym a'30 szt. zgodnie z przeliczeniem ilości? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 2, poz. 12 strzykawkę ENFIT w opakowaniu handlowym a'30 szt. zgodnie z przeliczeniem ilości (zaokrąglając w górę). Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie nr 3 - Pakiet 1 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów o poniższych parametrach:

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Urszula Kabusta-Tymoshchuk

WŁAŚCIWOŚCI:

- wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowszych technologii
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką
- elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wktucie w pojemniki z płynami
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
- hydrofilowy filtr cząsteczkowy **Liquid Lock** o wielkości oczek 8 µm, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu
- miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków
- precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep na dren do podwieszenia
- uniwersalne zakończenie Luer-Lock
- koreczek **Air Pass** z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 5 lat
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu ?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 - Pakiet 2 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z białym tłokiem z pojedynczą kryzą zabezpieczającą oraz z 10% rozszerzeniem?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 - Pakiet 2 Pozycja 3d

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniach a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 2, poz. 3 d strzykawkę w opakowaniu handlowym a`50 szt. zgodnie z przeliczeniem ilości (zaokrąglając w górę). **Pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

Pytanie nr 6 - Pakiet 2 Pozycja 5, 9-10

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 - Pakiet 2 Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne z koreczkiem którego niezamierzone otwarcie można zablokować metodą zatrząskową?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 - Pakiet 2 Pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz w rozmiarze 23G?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9 - Pakiet 4 Pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a'10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie nr 10 - Pakiet 4 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza fartuch o gramaturze 25g/m², pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 11 - Pakiet 4 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 40g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza fartuch o gramaturze 40g/m², pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 12 - Pakiet 4 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny polipropylenowej podfoliowany na całej powierzchni o gramaturze 35g/m², wiązany w talii na troki, w okolicy karku zapięcie na rzep, rękawy zakończone mankietami?

Odp.: Zamawiający dopuszcza fartuch z włókniny polipropylenowej podfoliowany na całej powierzchni o gramaturze 35g/m², wiązany w talii na troki, w okolicy karku zapięcie na rzep, rękawy zakończone mankietami.

Pytanie nr 13 - Pakiet 6 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne do bezpiecznego pobierania leków z ostrzem ściętym pod kątem 40 stopni?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

Wnosimy o dopuszczenie w Zadaniu nr 3 poz. nr 1 wkładu jednorazowego o poj. 1 lub 2 litry na wydzieliny z substancją żelującą; uchwyt przy wkładzie umożliwiający obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzelewowe; z proszkiem żelującym; ochrona przeciwbryzgowa zapobiegające przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta, kompatybilny z systemem Serres, pod warunkiem bezpłatnego dostarczenia odpowiedniej ilości pojemników i uchwytów kompatybilnych z zaferowanymi wkładami na czas trwania umowy.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15

Wnosimy o dopuszczenie w Zadaniu nr 3 poz. nr 2 wkładu jednorazowego o poj. 2 lub 3 litry na wydzieliny z substancją żelującą; uchwyt przy wkładzie umożliwiający obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzelewowe; z proszkiem żelującym; ochrona przeciwbryzgowa zapobiegające przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta, kompatybilny z systemem Serres, pod warunkiem bezpłatnego dostarczenia odpowiedniej ilości pojemników i uchwytów kompatybilnych z zaferowanymi wkładami na czas trwania umowy.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

Wnosimy o dopuszczenie w Zadaniu nr 3 poz. nr 3 zbiornika wielorazowego użytku 1, 2 lub 3 litrowego do wkładów jednorazowych, z poliwęglanu z portem do połączenia podciśnienia umieszczonym w zbiorniku, przez co umożliwi zmianę wkładu bez odłączenia drenu, kompatybilnego z zaoferowanymi w poz. nr 1 i 2 wkładami.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 3c dopuści rozszerzenie strzykawki 10ml do 11ml?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 3d dopuści opakowanie strzykawki 20ml a'100 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 2, poz. 3 d opakowanie strzykawki 20 ml w opakowaniu handlowym a'100 szt. zgodnie z przeliczeniem ilości (zaokrąglając w górę). **Pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 4 dopuści strzykawkę 50ml?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 11 dopuści następującą kaniulę:

Kaniula bezpieczna wyposażona w automatyczny mechanizm bezpieczeństwa, wykonana z poliuretanu z 6 paskami kontrastującymi pod RTG, z portem bocznym i przezroczystą komorą umożliwiającą obserwację płynu. Możliwa jednoręczna technika wkłucia. Kolorowe oznakowanie średnicy i długości. Membrana z filtrem hydrofobowym zatrzymująca wyciek krwi po punkcji. Koreczek samozamykający się. Nazwa producenta na kaniuli. 0,7 -24G, dł. 19mm

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 12 dopuści opakowanie a'30 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 2, poz. 12 strzykawkę ENFIT w opakowaniu handlowym a'30 szt. zgodnie z przeliczeniem ilości (zaokrąglając w górę). **Pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 13 dopuści opakowanie a'200 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza opakowanie a 200 szt. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 1 dopuści igłę ściętą czteropłaszczyznowo /zakończenie stożkowe/?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Urszula Kapusta-Tymoshchuk