

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
ul. Ułańska 28
99-400 Łowicz

ZOZ.VI.ZP.241- 7/2019

Łowicz, dnia 26.07.2019r.

Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawy wyrobów medycznych - 26 zadań

Poniżej przedstawiamy Państwu pytania w sprawie wyjaśnienia zapisów w dokumentacji przetargowej, które wpłynęły do Zamawiającego od biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Bezpośrednio pod każdym pytaniem zamieszczamy odpowiedzi, które wyjaśniają poruszony problem.

Pytanie nr 1 - dotyczy zadania nr 10 poz. 6 - 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych jałowych sterylizowanych parą wodną zapakowanych w opakowanie typu blister (papier – folia) opatrzonych na opakowaniu zewnętrznym wszystkimi informacjami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 3 listopada 2004 r. „w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia” w formie nadruku w zamian za posiadanie samoprzylepnych naklejek. Samoprzylepna naklejka stosowana jest dla wyrobów medycznych inwazyjnych jałowych (ze znacznikiem RTG - kompresy, serwety, tufery) do zastosowań na bloku operacyjnym.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - dotyczy zadania nr 10 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej z dwoma zapinkami?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających parametry oferowanych wyrobów medycznych w zakresie Zadania nr 10 poz. 13-15 wraz z oferta czy też tak jak dokumenty dotyczące pozostałych produktów, na wezwanie Zamawiającego?

Odp. Dokumenty potwierdzające parametry oferowanych wyrobów medycznych zgodnie z Rozdziałem VII ust. 2 pkt 2.3. składa na Wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została oceniona powyżej.

Pytanie nr 4 - dotyczy zadania nr 8 poz. 1

Wnosimy o dopuszczenie w Zadaniu nr 8 poz. nr 1 klipsów o wymiarze 8,7 mm po zamknięciu, spełniających wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 - dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych -

„Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odp. Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”.

Pytanie nr 6 - dotyczy zadania nr 14

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe go użycia, w formie prostokąta, nie wymagające splukiwania, nie zawierające mydła rękawiczki do mycia i pielęgnacji ciała bez użycia wody. Posiadające pH neutralne dla skóry, polecane szczególnie dla osób unieruchomionych i leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Opakowania z graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Wykonane z włókna polipropylenowego. Produkt pozbawiony lateksu. Chronią i pielęgnują skórę m.in. dzięki zawartości allantoiny. W razie potrzeby opakowanie przed użyciem może być podgrzane w kuchence mikrofalowej (30 sek./600W). Rozmiar 15,5 cm x 23,5 cm, gramatura ok. 75 g/m². Produkowane zgodnie z normą ISO:9001-2015. Opakowanie 10 szt. rękawic z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Kosmetyk.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 - dotyczy zadania nr 10 - kompresy jałowe

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8 - dotyczy zadania nr 10 poz. 3 - 8

Czy zamawiający dopuści kompresy z podwijanymi brzegami z dwóch stron?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 - dotyczy zadania nr 10 poz. 6 - 8

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10 - dotyczy zadania nr 10 poz. 2 - 5

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 - dotyczy zadania nr 10 poz. 11 - 12

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130% z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12 - dotyczy zadania nr 10 poz. 27

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13 - dotyczy zadania nr 10 poz. 27

Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejki jedno- lub dwudzielnej, data ważności, nr serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folia-papier?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 - dotyczy zadania nr 10 poz. 6 - 8

Czy zamawiający dopuści kompresy gazowe pakowane w papier-papier lub papier-folie, zbiorczo w karton po 25 szt. blistrów?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15 - dotyczy zadania nr 10 poz. 3 - 5

Czy zamawiający dopuści kompresy gazowe pakowane w opakowaniu papierowym, zbiorczo po 100 sztuk?

Odp. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem wymaganych parametrów.

Pytanie nr 16 - dotyczy zadania nr 10 poz. 1 - 12, 27

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-12,27 z pakietu 10. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17 - dotyczy zadania nr 17 poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 18 - dotyczy zadania nr 17 poz. 1

Czy wymagany jest wziernik pakowany w folia-papier?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga pod warunkiem, że oferowany wziernik będzie sterylny.

Pytanie nr 19 - dotyczy zadania nr 17 poz. 1

Czy zamawiający wymaga aby wzierniki były pozbawione lateksu i ftalanów, potwierdzone odpowiednim dokumentem?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 20 - dotyczy zadania nr 17 poz. 5

Czy Zamawiający miał na myśli w Zadaniu nr 17 poz. 5 szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych

Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odp. Zgodnie z SIWZ (zamawiający wymaga zaoferowania szczoteczek do wymazów tarczy szyjki z tzw. wachlarzem).

Pytanie nr 21 - dotyczy zadania nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający w zadaniu 1 poz.6 dopuści krzywiznę igły 3/8 koła?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 - dotyczy zadania nr 9 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie waty bawełniano-wiskozowej o składzie surowcowym: 50% bawełna, 50% wiskoza?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 - dotyczy zadania nr 12 poz. 1 - 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania **dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL** o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania?

Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku, czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk.

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch rozmiarów zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24 - dotyczy zadania nr 12 poz. 1 - 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek z falbankami wewnętrznymi skierowanych na zewnątrz, co stanowi większe zabezpieczenie przed wyciekami?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Urszula Kapusta-Tymoshchuk