

**Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści zapytania ofertowego
na dostawę kardiomonitorów.**

Poniżej przedstawiamy Państwu pytania w sprawie wyjaśnienia zapisów w zapytaniu ofertowym, które wpłynęły do Zamawiającego od potencjalnych Wykonawców.

Bezpośrednio pod każdym pytaniem zamieszczamy odpowiedzi, które wyjaśniają poruszony problem.

Pyt. 1 (Dotyczy punktu 1.)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor o budowie kompaktowej z zabudowanymi modułami wewnątrz kardiomonitora?

Odp. Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pyt. 2 (Dotyczy punktu 2.)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z kolorowym ekranem w LCD o przekątnej 15"?

Odp. Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pyt. 3 (Dotyczy punktu 3.)

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z przyjaznym interfejsem użytkownika z opisami komunikatami w języku polskim, w pełni obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego oraz intuicyjnych przycisków ekranowych, bez przycisków na panelu i mało funkcjonalnych pokręteł?

Odp. Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pyt. 4 (Dotyczy punktu 5.)

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z zasilaniem sieciowym oraz akumulatorowym na min 60 minut pracy?

Odp. Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pyt. 5 (Dotyczy punktu 7.)

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości rozbudowy inwazyjny pomiar rzutu minutowego metodą PICCO oraz saturacji/saturacji ośrodkowej krwi żyłnej?

Odp. Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pyt. 6 (Dotyczy punktu 9.)

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z trendami wszystkich mierzonych parametrów w postaci tabel i wykresów z 96h z rozdzielczością od 8 sekund w celu zapewniania dokładności odczytu?

Odp. Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pyt. 7 (Dotyczy punktu 14.)

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez wyjścia sygnałów analogowych (EKG i inwazyjne ciśnienie) oraz bez sygnału synchronizacji defibrylatora?

Odp. Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pyt. 8 (Dotyczy punktu 16.)

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitoring bez możliwości podłączenia do zewnętrznych urządzeń medycznych?

Odp. Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pyt. 9 (Dotyczy punktu 18.)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitoring bez wzmocnienia przebiegu EKG w zakresie x0.125?

Odp. Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pyt. 10 (Dotyczy punktu 19.)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitoring z analizą arytmii 20 kategorii w tym migotania przedsionków?

Odp. Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pyt. 11 (Dotyczy punktu 20.)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitoring z analizą odcinka ST w zakresie od - 2.0 do + 2.0 w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie, z prezentacją zmian odcinka ST bez wykresów kołowych?

Odp. Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pyt. 12 (Dotyczy punktu 23.)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitoring z pomiarem NIBP bez funkcji sekwencyjnego pomiaru NIBP?

Odp. Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Andrzej Kozłowski, MBA

pediatra, specjalista chorób wewnętrznych i ciętych
pediatra, specjalista chorób wewnętrznych i ciętych

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Urszula Kapusta-Tymoshchuk