

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
ul. Ułańska 28
99-400 Łowicz

ZOZ.VI.ZP.241- 12/2020

Łowicz, dnia 04.12.2020r.

Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawy wyrobów medycznych - 20 zadań

Poniżej przedstawiamy Państwu pytania w sprawie wyjaśnienia zapisów w dokumentacji przetargowej, które wpłynęły do Zamawiającego od biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Bezpośrednio pod każdym pytaniem zamieszczamy odpowiedzi, które wyjaśniają poruszony problem.

Pytanie nr 1 - dotyczy zadania nr 6 poz. 18 i 19

W postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych, w Zadaniu 6 (zestawy do drenażu, rurki) pozycja 18 i 19 zawiera takie same pozycje, czy może w pozycji 19 nie powinna być np. maska krtaniowa (tak było w poprzednim postępowaniu)?

W Poz. 19 powinno być – jednorazowa silikonowa maska krtaniowa z mankietem, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklonowaniem się nagłośni, informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwa producenta podana na korpusie rurki, sterylna, rozmiary od 2 do 5 (2 dla 10-20kg, 2,5 dla 20-30 kg, 3 dla 30-50 kg, 4 dla 50-70 kg, 5 dla powyżej 70 kg).*

Pytanie nr 2 - dotyczy zadania nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 w pozycji 1 dopuści trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z samouszczelniającym portem bez-igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu, spełniający pozostałe wymagania określone w SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - dotyczy zadania nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 w pozycji 3 mógłby potwierdzić, że opisany w pozycji zestaw (oparty na metodzie Griggsa wykonywanej wielorazowym peanem) – nie posiada na swoim wyposażeniu wielorazowego peana.

Odp. Potwierdzamy, że zestaw ma być bez wielorazowego peana.

Pytanie nr 4 - dotyczy zadania nr 6 poz. 7

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 w pozycji 7 dopuści rurki w rozmiarach od 3,0 – do 9,0 mm co 1 mm oraz 3,5; 4,5 i 7,5 mm; rurki spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 5 - dotyczy zadania nr 6 poz. 8

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 w pozycji 8 dopuści rurkę tracheostomijną bez mankieta, foniatryczną z 5 otworami, wykonaną z termoplastycznego PCW, posiadającą elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn

z otworem na prowadnicę Seldingera, w zestawie z łącznikiem 15 mm, dwoma kaniulami, opaską i szczoteczką do czyszczenia kaniul. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 - dotyczy zadania nr 6 poz. 10

Czy Zamawiający w **Zadaniu 6** zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w pozycji 10. Decyzja Zamawiającego pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w pozostałych pozycjach.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 - dotyczy zadania nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający w **Zadaniu 6** w pozycji 10 dopuści cewnik pępowinowy o podwójnym świetle z kontrastującego w Rtg poliuretanu z dystalnym i bocznym oczkiem oraz zaokrągloną dystalną końcówką, numeryczne oznaczenia od dystalnego końca od 4 do 20 cm, proksymalne przedłużenie z poliuretanu o długości 5 cm z zaciskiem, skrzydełka mocujące.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 - dotyczy zadania nr 6

Czy Zamawiający w **Zadaniu 6** zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w pozycji 11. Decyzja Zamawiającego pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w pozostałych pozycjach.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 - dotyczy SIWZ – pkt. 2.1.3 – grupa kapitałowa

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”.

Odp. Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Pytanie nr 10 - dotyczy zadania nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający w zadaniu 1 poz.6 dopuści krzywiznę igły 3/8 koła?

Odp. Zamawiający dopuszcza..

Pytanie nr 11 - dotyczy zadania nr 9 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie waty bawełnianej, w miejsce waty baw-wiskozowej? Wata bawełniana 100% charakteryzuje się większą chłonnością (nawet do 15%) oraz wysoką czystością mikrobiologiczną, co zwiększa bezpieczeństwo stosowania tego wyrobu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 - dotyczy zadania nr 9 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych nie dopuszcza do kontaktu np z:

- błoną śluzową jamy ustnej,
- błoną śluzową oka,
- błoną śluzową jamy nosowej
- przewodem słuchowym ucha zewnętrznego.

Wykorzystanie produktów do kontaktu z wymienionymi przykładami w ograniczonym zakresie dopuszcza dopiero reguła 5 klasyfikacji wyrobów medycznych, opisana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zatem, na podstawie przytoczonej regulacji prawnej, nie wolno stosować wyrobów z klasy I reguła 4 w procedurach takich, jak np. pobranie wymazu bądź zaopatrywanie uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej, oka, jamy nosowej lub przewodu słuchowego ucha zewnętrznego.

W znaczeniu prawnym kompresy sklasyfikowane w klasie I reguła 4 mogą być użyte wyłącznie jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków i nie można używać ich we wskazanych przykładach. Aktualny opis w specyfikacji dopuszcza zaoferowanie wyrobów w klasie I reguła 4.

Odp. Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 13 - dotyczy zadania nr 12 poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania **dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL** o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania?

Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku, czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk.

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania **dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL** o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania.

Pytanie nr 14 - dotyczy zadania nr 12 poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek z falbankami wewnętrznymi skierowanych na zewnątrz, co stanowi większe zabezpieczenie przed wyciekami?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15 - dotyczy zadania nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 klipsów tytanowych średnio - dużych o wymiarach przed zamknięciem 7,8 mm i 9,0 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16 - dotyczy zadania nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 klipsów tytanowych dużych o wymiarach przed zamknięciem 10,7 mm i 12,3mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17 - dotyczy zadania nr 10 poz. 6-8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych pakowanych w opakowanie papierowo- foliowe z nadrukowaną etykieta główną, bez naklejek do dokumentacji medycznej? Pragniemy nadmienić, iż samoprzylepna naklejka stosowana jest dla wyrobów medycznych inwazyjnych jałowych (ze znacznikiem RTG – kompresy, serwety, tufery) do zastosowań na bloku operacyjnym.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 - dotyczy zadania nr 10 poz. 35-36

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych z nitką RTG, pakowanych w opakowanie papierowo- foliowe z nadrukowaną etykieta główną oraz jedną naklejką do dokumentacji medycznej?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 - dotyczy § 2 ust.6 projektu umowy

Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości do kwoty 0,2% wartości opóźnionej/ uzupełnianej części dostawy.

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odp.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ poprzez zmianę projektu umowy w zakresie § 2 ust. 6. Wartość jednorazowych dostaw do Zamawiającego kształtuje się w granicach 100 – 5.000 zł. Kary umowne zaproponowane przez Zamawiającego wahają się więc w granicach 2 -100 zł za każdy dzień zwłoki w dostawie. Są to kwoty symboliczne. Proponowane przez Wykonawcę kary umowne w wysokości 1% kształtowałyby się w przedziale 1 - 50 zł. Tak niskie kwoty z pewnością nie zdołają Wykonawcy do terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków i nie są adekwatne do konsekwencji, jakie mogą spowodować opóźnienia w dostawie sprzętu medycznego jednorazowego użytku, który należy przecież uznać za strategiczny dla funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej.

Kwoty rzeczywiście naliczanych kar umownych są zdaniem Zamawiającego minimalnymi dopuszczalnymi kwotami, które mogą skutecznie dyscyplinować Wykonawcę do starannego dostarczania produktów tak istotnych dla działalności szpitala.

Pytanie nr 20 - dotyczy zadania nr 6 poz. 11

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 w pozycji 11 dopuści mankiet ciśnieniowy o następujących parametrach:

- Mankiet wykonany z półprzezroczystego tworzywa sztucznego nie zawierającego latexu, łatwy do czyszczenia.
- Posiadający możliwość zawieszania na stojaku jezdnym.
- Posiadający wewnątrz mankietu wieszak na worek z płynem.

- Wyposażony w manometr wyskalowany w mmHg, z kodowanym kolorem prawidłowym oraz zbyt wysokim zakresem ciśnienia; manometr umieszczony pod mankietem, wskazania ciśnienia widoczne dookoła (360st) mankieta
 - Wyposażony w dużą, trwałą gruszkę do pompowania mankieta, zamocowaną na drenie o długości 40cm (+/- 2cm)
 - Posiadający kranik ciśnieniowy z zaznaczonymi (wyczuwalnym) indykatoem pozycji kierunku przepływu powietrza.
 - Przeznaczony do używania z workami o pojemności do 500ml.
- Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 - dotyczy § 2 ust. 5 projektu umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „... od daty zawiadomienia o reklamacji” na „... od daty uznania reklamacji”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie nr 22 - dotyczy § 2 ust. 5 projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 2 ust. 6:

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia poprzez opóźnienie terminu dostawy, o którym mowa w ust. 3 lub opóźnienia uzupełnienia dostawy, o którym mowa w ust. 5, jeśli nastąpiły one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości **brutto** opóźnionej dostawy lub uzupełnienia dostawy za każdy dzień roboczy zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej/brakującej części dostawy.**

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie nr 23 - dotyczy § 2 ust. 5 projektu umowy

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 2 ust. 8 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie nr 24 - dotyczy § 2 ust. 5 projektu umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.

Odp.

Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 2 jak niżej:

Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie faktura VAT dostarczona wraz z towarem lub równocześnie z towarem na Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres PEF: NIP 8341456538.

Pytanie nr 25 - dotyczy zadania nr 1 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, plecioną, syntetyczną, bezbarwną, wykonaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania ok. 42 dni i podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach ok.65%, po 8-11 dniach ok.50%?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26 - dotyczy zadania nr 1 poz. 7 - 27

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, plecioną, syntetyczną, wykonaną z kopolimeru 90% glikolidu i 10% laktydu, powlekaną 50% kopolimerem glikolidu i l-laktydu (30/70) oraz 50% stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-70 dni i podtrzymywaniu tkankowym ok.75% po 14 dniach, ok.50% po 21 dniach, ok.25% po 28 dniach?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27 - dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 - dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, niewchłaniające, monofilamentowe, polipropylenowe, bez dodatku polietylenu?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29 - dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, niewchłaniające, poliestrowe, plecione, bezigłowe w kolorze zielonym?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30 - dotyczy zadania nr 5 poz. 2 -4

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31 - dotyczy zadania nr 2 poz. 1-4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie tych pozycji.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32 - dotyczy zadania nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści tufery pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33 - dotyczy zadania nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34 - dotyczy zadania nr 9 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści watę zawierającą 50% bawełny?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35 - dotyczy zadania nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 36 - dotyczy zadania nr 10 poz. 6-8

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniu znajdowała się trójdzielna etykieta z 2 naklejkami.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 37 - dotyczy zadania nr 10 poz. 6-8

Czy Zamawiający dopuści na opakowaniu 2 naklejki typu TAG?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38- dotyczy zadania nr 10 poz. 13-15

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 39 - dotyczy zadania nr 10 poz.13-15

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 40 - dotyczy zadania nr 10 poz. 13-15

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 41 - dotyczy zadania nr 10 poz. 13-15

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie modelowania 5-6 minut?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 42 - dotyczy zadania nr 10 poz. 13-15

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie zanurzenia ok. 5 sekund?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 43 - dotyczy zadania nr 10 poz. 16-17

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie bawełnianej?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 44 - dotyczy zadania nr 10 poz. 18-19

Czy Zamawiający dopuści plaster na włókninie na rolce?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 45 - dotyczy zadania nr 10 poz. 22-26

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem akrylowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 - dotyczy zadania nr 10 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 47 - dotyczy zadania nr 10 poz. 27-28

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 48 - dotyczy zadania nr 10 poz. 31, 34, 37, 38, 39

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 49 - dotyczy zadania nr 10 poz. 32-33

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z siatki bawełnianej impregnowanej białą parafiną?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 50 - dotyczy zadania nr 10 poz. 40-42

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o składzie 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej i 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 51 - dotyczy zadania nr 10 poz. 40-42

Czy Zamawiający ma na myśli siatkę opatrunkową o długości 25m w stanie rozciągniętym?

Odp. Zamawiający ma na myśli siatkę opatrunkową o długości 25m w stanie rozciągniętym.

Pytanie nr 52 - dotyczy zadania nr 10 poz. 40-42

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkowa o długości 10m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 53 - dotyczy zadania nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadająca antypoślizgową warstwę spodnią, chłonność min. 1 litr, rozmiar 116cm x 76cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 54 - dotyczy zadania nr 11 poz. 1

Prosimy o odstąpienie od wymogu spełniania przez produkt normy 13795, ponieważ nie ma ona zastosowania w przypadku tego produktu.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 55 - dotyczy zadania nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100x225cm, który zawiera pikowany wkład chłonny z superabsorbentem o rozmiarze 208x50, spodnia warstwa wykonana z nieprzemakalnego laminatu zapewnia optymalną ochronę przed przeciekaniem, zewnętrzna warstwa ochronna posiada zamknięte brzegi, które zapewniają odpowiednią ochronę przed wyciekaniem płynu z wnętrza podkładu. Wchłanianość 3820, 18ml.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 56 - dotyczy zadania nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość pakowania w opakowanie a'10szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57 - dotyczy zadania nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szkiełka szlifowane z matowym polem do opisu?

Odp. Zgodnie z SIWZ Zamawiający takich wymaga.

Pytanie nr 58 - dotyczy zadania nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szkiełka cięte bez pola do opisu ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 59 - dotyczy zadania nr 16 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Lifepak w rolce o wymiarach 108mm x 23m?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 60- dotyczy zadania nr 16 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG 45mm x 43mm x 50 szt.?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 61 - dotyczy zadania nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści golarki wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej chromem, gdzie każda zapakowana jest indywidualnie w opakowanie foliowe ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62 - dotyczy zadania nr 17 poz. 1

Prosimy Zamawiającego w poz. 1 o dopuszczenie maski tlenowej do wysokiego stężenia tlenu, dla dorosłych z workiem w rozmiarze standardowym z klipsem na nos.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 63 - dotyczy zadania nr 17 poz. 2

Prosimy Zamawiającego w poz. 1 o dopuszczenie maski tlenowej do wysokiego stężenia tlenu, dla dzieci z workiem w rozmiarze standardowym z klipsem na nos.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 64 - dotyczy zadania nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 18 poz. 1 dopuści jednorazowy stapler zamykająco-tnący z prostą główką, długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwi 6 strzałów ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej?


Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 65 - dotyczy zadania nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 18 poz. 2 dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki, zewnętrzna średnica kowadełka 21, 26, 29 i 32 mm. Wbudowana automatyczna blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowemu oddaniu strzału, system obrotowego ostrza. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia)?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

W załączeniu zmodyfikowane zadanie nr 6 (w części poz. nr 19)



Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Urszula Kapusta-Tymoshchuk