

**Zespół Opieki Zdrowotnej**  
**ul. Ułańska 28**  
**99-400 Łowicz**

**23.06.2021 rok**

**Znak sprawy: ADT.2221.30.2021.HS**

Dot: Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści Zapytania Ofertowego na wykonanie przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej.

Pytanie nr 1.

Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji 4,5,10,31

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmian.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatorów LIFEPAK (pozycja 11,12, zadanie nr 6 z załącznika nr 1 do SIWZ)? Pozwoli to na złożenie oferty przez autoryzowany serwis urządzeń produkcji Stryker.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmian.

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatorów LIFEPAK12 lub czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z użytku defibrylatorów LIFEPAK12 w przypadku braku możliwości naprawy? Wsparcie techniczne dla tych urządzeń zostało już zaprzestane i nie gwarantujemy dostępności wszystkich części zamiennych/ akcesoriów. Takie działanie pozwoli na złożenie oferty przez autoryzowany serwis techniczny.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmian.

Pytanie nr 4.

Zwracamy się z prośbą o postawienie wymogu autoryzacji dla zadania 1 (poz. 15) oraz zadania 5 (poz. 6). Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na kwestie związane z wykonywaniem serwisu przez podmioty nieuprawnione. Podkreślamy, że umożliwienie osobom nieuprawnionym przez Producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia, jednoznacznie wiąże się z nie wypełnieniem przez użytkownika Sprzętu zapisów instrukcji jego użytkowania. Wskazujemy, że niniejsze wymaganie nie narusza zasady równego traktowania, gdyż każdy zainteresowany może odbyć przedmiotowe szkolenie u producenta i uzyskać stosowny certyfikat. W szczególności dotyczy toczynności związanych z fachową instalacją wyrobu, jego okresową konserwacją, okresową lub doraźną, stosownie do potrzeb obsługą serwisową, aktualizacją oprogramowania wyrobu, jeżeli je posiada, także okresowymi lub doraźnymi przeglądami, regulacjami, kalibracjami (ustaleniami zależności pomiarowych), wzorcowniami, weryfikacją lub kontrolą bezpieczeństwa, jeżeli nie mogą one być wykonane przez użytkownika wyrobu we własnym zakresie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmian.

Pytanie nr 5.

Prosimy o podanie szczegółowego wykazu (nazwa, symbol katalogowy, numer seryjny) wszystkich elementów wchodzących w skład poz. 15(dermatom elektryczny ELAN 6C).

Odp.Dermaton elektryczny Elan6C typ 6A830 Nr 4787

Sterownik 6A 188

Wałek 6A173 SIN 50731

Maglownica BA720 SIN 2771

Dermaton 6B231R SIN 4152

Pytanie nr 6.

Prosimy o wydzielenie z zadania 5poz. 6 do osobnego pakietu. Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na złożenie przez autoryzowany serwis producenta korzystnej oferty cenowej.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza zmian.

Pytanie nr 7.

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Zadania 2 Aparatów:USG Xario SSA-660A oraz USG Nemio SSA-660A firmy Toshiba (obecnie Canon Medical Systems) do odrębnego zadania.

Odp.Nie Pytanie nr 2 Dotyczy Zapytania ofertowego oraz Załącznika nr 1, Załącznika nr 2 oraz Załącznika nr 3

Zgodnie z pkt 69 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, usługi napraw i konserwacji wyrobów z poz. 13, tj. wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534) dopuszczone do obrotu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, są objęte preferencyjną stawką podatku VAT. Celem uściślenia rodzaju świadczonych usług oraz prawidłowego określenia stawki podatku VAT zwracamy się z prośbą o zmianę Zapytania ofertowego, Formularza oferty, Projektu umowy -z użytego terminu „przeгляд” na termin, którym należy się posługiwać:

„okresowe konserwacje techniczne”, zgodnie z wyżej wymienioną ustawą. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż przeгляд techniczny polegałby tylko na wskazaniu co należy poprawić, skalibrować, wyczyścić, wymienić itp. W sytuacji, gdy wykonaniem czynności w trakcie przeгляdu jest oczekiwane przez zamawiającego to jest to w konserwację techniczną. Uprzejmie prosimy zatem o zmianę nomenklatury odnośnie użytego terminu „przeглядy” na „okresowe konserwacje techniczne” we wszystkich miejscach Zapytania ofertowego, Formularza oferty oraz Projektu umowy, w których występuje termin „przeгляд”, co jest z korzyścią dla Zamawiającego.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza zmian.

Dyrektor  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  
  
Urszula Kapusta-Tymoshchuk